



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Desarrollo Productivo

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3/26 **LICITACIÓN PRIVADA N° 6/26**

Santa Fe, Cuna de la Constitución Nacional, 25 de junio de 2026.

Ref.: “Adquisición de estándares para analizar residuos de plaguicidas en diferentes muestras mediante el equipo LC-MS Orbitrap del Laboratorio de Diagnóstico, Calidad y Sanidad Agroindustrial del Ministerio de Desarrollo Productivo.”

Mediante la presente Circular se procede a informar características de los elementos a cotizar :

Item	Cantidad	Unidad	Detalle	Especificación
I	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ACETAMIPRID (CAS 135410-20-7)	Estándar de Acetamiprid(CAS 135410-20-7) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
II	25 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ANILAZINE (CAS 101-05-3)	Estándar de Anilazine(CAS 101-05-3) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
III	100 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE BENOMYL (CAS 17804-35-2)	Estándar de Benomyl(CAS 17804-35-2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
IV	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE BENTAZON (CAS 25057-89-0)	Estándar de Bentazon(CAS 25057-89-0) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
V	25 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CYROMAZINE (CAS 66215-27-8)	Estándar de Cyromazine(CAS 66215-27-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
VI	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CLOFENTEZINE (CAS 74115-24-5)	Estándar de Clofentezine(CAS 74115-24-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
VII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CLOTHIANIDIN	Estándar de Clothianidin(CAS 210880-92-5) - Pureza (g/g) ≥98%

			(CAS 210880-92-5)	- Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
VIII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CYPROCONAZOLE (CAS 94361-06-5)	Estándar de Cyproconazole(CAS 94361-06-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
IX	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE EPOXICONAZOLE (CAS 133855-98-8)	Estándar de Epoxiconazole(CAS 133855-98-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
X	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FLUSILAZOLE (CAS 85509-19-9)	Estándar de Flusilazole(CAS 85509-19-9) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XI	100 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IMAZALIL (CAS 35554-44-0)	Estándar de Imazalil(CAS 35554-44-0) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IMIDACLOPRID (CAS 138261-41-3)	Estándar de Imidacloprid(CAS 138261-41-3) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XIII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METHOXYFENOZID (CAS 161050-58-4)	Estándar de Methoxyfenozid(CAS 161050-58-4) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XIV	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METRIBUZIN (CAS 21087-64-9)	Estándar de Metribuzin(CAS 21087-64-9) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XV	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE NITENPYRAM (CAS 150824-47-8)	Estándar de Nitenpyram(CAS 150824-47-8) - Pureza (g/g) ≥92% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XVI	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PYRACLOSTROBIN (CAS 175013-18-0)	Estándar de Pyraclostrobin(CAS 175013-18-0) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XVII	250 mg a 500 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROCHLORAZ (CAS 67747-09-5)	Estándar de Prochloraz(CAS 67747-09-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico

XVIII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROMETRYNE (CAS 7287-19-6)	Estándar de Prometryne(CAS 7287-19-6) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
XIX	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROPICONAZOLE (CAS 60207-90-1)	Estándar de Propiconazole(CAS 60207-90-1) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XX	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE QUINCLORAC (CAS 84087-01-4)	Estándar de Quinclorac(CAS 84087-01-4) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXI	100 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TEBUCONAZOL (CAS 107534-96-3)	Estándar de Tebuconazol(CAS 107534-96-3) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XXII	250 mg a 500 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE THIABENDAZOLE (CAS 148-79-8)	Estándar de Thiabendazole(CAS 148-79-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXIII	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE THIACTOPRID (CAS 111988-49-9)	Estándar de Thiacloprid(CAS 111988-49-9) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXIV	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE THIAMETHOXAM (CAS 153719-23-4)	Estándar de Thiamethoxam(CAS 153719-23-4) - Pureza (g/g) ≥90% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXV	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TRIADIMEFON (CAS 43121-43-3)	Estándar de Triadimefon(CAS 43121-43-3) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXVI	50 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TRIADIMENOL (CAS 55219-65-3)	Estándar de Triadimenol(CAS 55219-65-3) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXVII	250 mg a 500 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE VINCLOZOLIN (CAS 50471-44-8)	Estándar de Vinclozolin(CAS 50471-44-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años -

				Calidad Standard analítico
XXVIII	10 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE 3- HYDROXYCARBOFURAN (CAS 16655-82-6)	Estándar de 3- Hydroxycarbofuran(CAS 16655- 82-6) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ALDICARB (CAS 116-06-3)	Estándar de Aldicarb(CAS 116- 06-3) - Pureza (g/g) >95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XXX	100 mg a 400 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE AMITRAZ (CAS 33089-61-1)	Estándar de Amitraz(CAS 33089- 61-1) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE AZOXYSTROBIN (CAS 131860-33-8)	Estándar de Azoxystrobin(CAS 131860-33-8) - Pureza (g/g) >98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XXXII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE BENDIOCARB (CAS 22781-23-3)	Estándar de Bendiocarb(CAS 22781-23-3) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CARBARYL (CAS 63-25-2)	Estándar de Carbaryl(CAS 63-25- 2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXIV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CARBOFURAN (CAS 1563-66-2)	Estándar de Carbofuran(CAS 1563-66-2) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XXXV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CARBOXIN (CAS 5234-68-4)	Estándar de Carboxin(CAS 5234- 68-4) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico

XXXVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHINOMETHIONATE (CAS 2439-01-2)	Estándar de Chinomethionate(CAS 2439-01-2) - Pureza (g/g) ≥96% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 5 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXVII	10 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHLORANTRANILIPROLE (CAS 500008-45-7)	Estándar de Chlorantraniliprole(CAS 500008- 45-7) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHLORIMURON-ETHYL (CAS 90982-32-4)	Estándar de Chlorimuron- ethyl(CAS 90982-32-4) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XXXIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DIFLUBENZURON (CAS 35367-38-5)	Estándar de Diflubenzuron(CAS 35367-38-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XL	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FENHEXAMID (CAS 126833-17-8)	Estándar de Fenhexamid(CAS 126833-17-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FLUBENDIAMIDE (CAS 272451-65-7)	Estándar de Flubendiamide(CAS 272451-65-7) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FLUTOLANIL (CAS 66332-96-5)	Estándar de Flutolanil(CAS 66332-96-5) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IMAZAPIC (CAS 104098-48-8)	Estándar de Imazapic(CAS 104098-48-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XLIV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IMAZAPYR (CAS 81334-34-1)	Estándar de Imazapyr(CAS 81334-34-1) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034

XLV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IMAZETHAPYR (CAS 81335-77-5)	Estándar de Imazethapyr(CAS 81335-77-5) - Pureza (g/g) >98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE IPRODIONE (CAS 36734-19-7)	Estándar de Iprodione(CAS 36734-19-7) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE LINURON (CAS 330-55-2)	Estándar de Linuron(CAS 330-55-2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XLVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METALAXYL (CAS 57837-19-1)	Estándar de Metalaxyl(CAS 57837-19-1) - Pureza (g/g) >98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XLIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METHOMYL (CAS 16752-77-5)	Estándar de Methomyl(CAS 16752-77-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
L	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METSULFURON-METHYL (CAS 74223-64-6)	Estándar de Metsulfuron-methyl(CAS 74223-64-6) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PIRIMICARB (CAS 23103-98-2)	Estándar de Pirimicarb(CAS 23103-98-2) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROCYMIDONE (CAS 32809-16-8)	Estándar de Procymidone(CAS 32809-16-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TRIFLOXYSTROBIN (CAS 141517-21-7)	Estándar de Trifloxystrobin(CAS 141517-21-7) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034

LIV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE 2,4-D (CAS 94-75-7)	Estándar de 2,4-D(CAS 94-75-7) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE 2,4-DB (CAS 94-82-6)	Estándar de 2,4-DB(CAS 94-82-6) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CYPERMETHRIN (CAS 52315-07-8)	Estándar de Cypermethrin(CAS 52315-07-8) - Pureza (g/g) ≥90% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DELTAMETHRIN (CAS 52918-63-5)	Estándar de Deltamethrin(CAS 52918-63-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DICAMBA (CAS 1918-00-9)	Estándar de Dicamba(CAS 1918-00-9) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LIX	25 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DICLOSULAM (CAS 145701-21-9)	Estándar de Diclosulam(CAS 145701-21-9) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LX	500 mg a 1000 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DICOFOL (CAS 115-32-2)	Estándar de Dicofol(CAS 115-32-2) - Pureza (g/g) ≥85% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Standard analítico
LXI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FENOXAPROP-P-ETHYL (CAS 71283-80-2)	Estándar de Fenoxaprop-p-ethyl(CAS 71283-80-2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FENVALERATE (CAS 51630-58-1)	Estándar de Fenvalerate(CAS 51630-58-1) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034

LXIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FIPRONIL (CAS 120068-37-3)	Estándar de Fipronil(CAS 120068-37-3) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXIV	25 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FIPRONIL SULFONE (CAS 120068-36-2)	Estándar de Fipronil sulfone(CAS 120068-36-2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXV	25 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FLONICAMID (CAS 158062-67-0)	Estándar de Flonicamid(CAS 158062-67-0) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
LXVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FLUDIOXONIL (CAS 131341-86-1)	Estándar de Fludioxonil(CAS 131341-86-1) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FOMESAFEN (CAS 72178-02-0)	Estándar de Fomesafen(CAS 72178-02-0) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE HALOXYFOP (CAS 69806-34-4)	Estándar de Haloxyfop(CAS 69806-34-4) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE L- CYHALOTHRIN (CAS 91465-08-6)	Estándar de L-Cyhalothrin(CAS 91465-08-6) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
LXX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METOLACHLOR (CAS 51218-45-2)	Estándar de Metolachlor(CAS 51218-45-2) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXI	500 mg a 1000 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PICLORAM (CAS 1918-02-1)	Estándar de Picloram(CAS 1918- 02-1) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
LXXII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PYRIMETHANIL (CAS 53112-28-0)	Estándar de Pyrimethanil(CAS 53112-28-0) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
LXXIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE S- METOLACHLOR (CAS 87392-12-9)	Estándar de S-Metolachlor(CAS 87392-12-9) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años -

				Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXIV	25 mg a 100 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE SPINOSAD (CAS 168316-95-8)	Estándar de Spinosad(CAS 168316-95-8) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TETRAMETHRIN (CAS 7696-12-0)	Estándar de Tetramethrin(CAS 7696-12-0) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ABAMECTIN (CAS 71751-41-2)	Estándar de Abamectin(CAS 71751-41-2) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ACEPHATE (CAS 30560-19-1)	Estándar de Acephate(CAS 30560-19-1) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE AZINPHOS METHYL (CAS 86-50-0)	Estándar de Azinphos methyl(CAS 86-50-0) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHLORPYRIFOS (DURSBAN) (CAS 2921-88-2)	Estándar de Chlorpyrifos (Dursban)(CAS 2921-88-2) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHLORPYRIFOS-METHYL (CAS 5598-13-0)	Estándar de Chlorpyrifos- methyl(CAS 5598-13-0) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DIAZINON (CAS 333-41-5)	Estándar de Diazinon(CAS 333- 41-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DICHLORVOS (CAS 62-73-7)	Estándar de Dichlorvos(CAS 62- 73-7) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DIMETHOATE (CAS 60-51-5)	Estándar de Dimethoate(CAS 60- 51-5) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años -

				Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXIV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ETHION (CAS 563-12-2)	Estándar de Ethion(CAS 563-12-2) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE FENITROTHION (CAS 122-14-5)	Estándar de Fenitrothion(CAS 122-14-5) - Pureza (g/g) ≥92% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PHOSMET (CAS 732-11-6)	Estándar de Phosmet(CAS 732-11-6) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
LXXXVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE MALATHION (CAS 121-75-5)	Estándar de Malathion(CAS 121-75-5) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 4 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE MECARBAM (CAS 2595-54-2)	Estándar de Mecarbam(CAS 2595-54-2) - Pureza (g/g) ≥92% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
LXXXIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METHAMIDOPHOS (CAS 10265-92-6)	Estándar de Methamidophos(CAS 10265-92-6) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XC	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METHIDATHION (CAS 950-37-8)	Estándar de Methidathion(CAS 950-37-8) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE METHOPRENE (CAS 40596-69-8)	Estándar de Methoprene (CAS 40596-69-8) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
XCII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PARATHION (CAS 56-38-2)	Estándar de Parathion(CAS 56-38-2) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Standard analítico
XCIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PARATHION-METHYL	Estándar de Parathion-methyl(CAS 298-00-0) - Pureza

			(CAS 298-00-0)	(g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCIV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PIRIMIPHOS-METHYL (CAS 29232-93-7)	Estándar de Pirimiphos-methyl(CAS 29232-93-7) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCV	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROFENOFOS (CAS 41198-08-7)	Estándar de Profenofos(CAS 41198-08-7) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCVI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PROPARGITE (CAS 2312-35-8)	Estándar de Propargite(CAS 2312-35-8) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
XCVII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TERBUFOS (CAS 13071-79-9)	Estándar de Terbufos(CAS 13071-79-9) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCVIII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE TRIAZOPHOS (CAS 24017-47-8)	Estándar de Triazophos(CAS 24017-47-8) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
XCIX	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CLETHODIM (CAS 99129-21-2)	Estándar de Clethodim(CAS 99129-21-2) - Pureza (g/g) ≥92% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
C	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CYHALOFOP (CAS 122008-78-0)	Estándar de Cyhalofop(CAS 122008-78-0) - Pureza (g/g) >95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
CI	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CARBENDAZIM (CAS 10605-21-7)	Estándar de Carbendazim(CAS 10605-21-7) - Pureza (g/g) ≥97% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 3 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
CII	50 mg a 250 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ACETOCHLOR (CAS 34256-82-1)	Estándar de Acetochlor(CAS 34256-82-1) - Pureza (g/g) ≥98% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034

CIII	1 ml a 5 ml	1 Ampolla	ESTÁNDAR DE SOLUCIÓN DE DINOTEFURÁN (CAS 165252-70-0)	Estándar de Solución de Dinotefurán(CAS 165252-70-0) - Pureza 1000 ug/ ml en Acetonitrilo - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 18 meses - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
CIV	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ATRAZINE (CAS 1912-24-9)	Estándar de Atrazine(CAS 1912-24-9) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
CV	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE PERMETRINE (CAS 52645-53-1)	Estándar de Permetrine(CAS 52645-53-1) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
CVI	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE ATRAZINA-D5 (CAS 163165-75-1)	Estándar de Atrazina-d5(CAS 163165-75-1) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
CVII	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CARBENDAZIM-D3 (CAS 1255507-88-0)	Estándar de Carbendazim-d3(CAS 1255507-88-0) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Material de Referencia Certificado ISO 17034
CVIII	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE CHLORPYRIFOS-D10 (CAS 285138-81-0)	Estándar de Chlorpyrifos-d10(CAS 285138-81-0) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
CIX	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE DIMETHOATE-D6 (CAS 1219794-81-6)	Estándar de Dimethoate-d6(CAS 1219794-81-6) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico
CX	5 mg a 50 mg	1 Frasco	ESTÁNDAR DE MALATHION-D10 (CAS 347841-48-9)	Estándar de Malathion-d10(CAS 347841-48-9) - Pureza (g/g) ≥95% - Validez desde el arribo al laboratorio de al menos 2 años - Calidad Standard analítico

Coord. Gral. de Prog. C y G de Compras y Cont.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Ministerio de Desarrollo Productivo